



제17-0318호

# 안전인증서

**에이.엔.디 전자저울(주)**

충북 진천군 진천읍 덕금로 125

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품

목

LOAD CELL

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
ULK-EPL	2.0 mV/V, DC 15 V 이하	17-GA2BO-0318
	Ex d IIC T6	

인증기준


방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인증조건

- 20 ℃ ≤ Ta ≤ + 40 ℃, 뒷면 사용조건 참조

2017 년 04 월 28 일

한국가스안전공사 사장





제17-0319호

# 안 전 인 증 서

**에이.엔.디 전자저울(주)**

충북 진천군 진천읍 덕금로 125

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행  
규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인  
증표시의 사용을 인증합니다.

품

목

LOAD CELL

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
ULK-EPL	2.0 mV/V, DC 15 V 이하	17-GA2BO-0319
	Ex tD A21 IP66 T80℃	

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인 증 조 건

- 20 ℃ ≤ Ta ≤ + 40 ℃, 뒷면 사용조건 참조

2017 년 04 월 28 일

한국가스안전공사 사장

