


スポーツ飲料(ゼリー状)



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)
試料質量 1g
試料皿温度 140
平均測定時間 17.5分
水分率
 平均値 76.30%
 再現性 0.285%
 C V 値 0.37%

1回目 75.92%
2回目 76.36%
3回目 76.61%
4回目 76.29%

備考:
ガラス繊維シート使用