


酸化アルミニウム

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:HI)
試料質量 5g
試料皿温度 200
平均測定時間 2.4分
水分率
 平均値 0.098%
 再現性 0.0130%
 C V 値 13.27%



1回目	0.09%
2回目	0.08%
3回目	0.10%
4回目	0.11%
5回目	0.11%