

おろしわさび(ペースト)

測定機種:MX-50
測定条件:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 1g
試料皿温度 200
平均測定時間 15.1分

水分率
平均値 39.07%
再現性 0.123%
C V 値 0.32%

— 1回目 39.02%
— 2回目 39.21%
— 3回目 38.98%

備考:
ガラス繊維シートを上から
載せてつぶして測定

