


# セルロース



測定機種:MX-50  
測定モード:標準モード  
(測定精度:M I D)  
試料質量 5g  
試料皿温度 180  
平均測定時間 5.2分  
水分率  
    平均値 4.37%  
    再現性 0.136%  
    C V 値 3.11%

1回目 4.51%  
2回目 4.44%  
3回目 4.28%  
4回目 4.44%  
5回目 4.18%