

# 食パン

測定機種:MX-50  
測定条件:標準モード  
(測定精度:M I D)

試料質量 1g  
試料皿温度 160  
平均測定時間 7.3分  
水分率

平均値 36.65%  
再現性 0.550%  
C V 値 1.50%

— 1回目 37.08%  
— 2回目 36.68%  
— 3回目 36.17%  
— 4回目 37.28%  
— 5回目 36.02%

備考:  
細かくして測定

