

麦

測定機種:MX-50
測定条件:標準モード
(測定精度:M I D)
試料質量 5g
試料皿温度 200
平均測定時間 13.7分
水分率
 平均値 13.56%
 再現性 0.066%
 C V 値 0.49%

