


インスタントコーヒーB



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)
試料質量 4g
試料皿温度 100
平均測定時間 5.9分
水分率
 平均値 2.06%
 再現性 0.055%
 C V 値 2.67%

— 1回目 2.02%
— 2回目 2.00%
— 3回目 2.08%
— 4回目 2.12%