

クルトン

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 2g
試料皿温度 160
平均測定時間 8.4分

水分率
平均値 5.68%
再現性 0.119%
C V 値 2.10%

— 1回目 5.81%
— 2回目 5.65%
— 3回目 5.57%
— 4回目 5.58%
— 5回目 5.81%

備考:
軽く叩いて粉砕後測定

