

大豆粉

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)
試料質量 5g
試料皿温度 160
平均測定時間 8.2分
水分率
 平均値 9.92%
 再現性 0.061%
 C V 値 0.61%

— 1回目 9.97%
— 2回目 9.93%
— 3回目 9.85%

