

# トマトケチャップ

測定機種:MX-50  
測定条件:標準モード  
(測定精度:M I D)

試料質量 1g  
試料皿温度 160  
平均測定時間 16.1分  
水分率

平均値 70.42%  
再現性 0.643%  
C V 値 0.91%

— 1回目 71.29%  
— 2回目 69.90%  
— 3回目 69.97%  
— 4回目 70.52%

備考:  
ガラス繊維シートでサンプルを  
挟んで測定

