

# 牛乳

測定機種:MX-50  
測定モード:標準モード  
(測定精度:M I D)

試料質量 1g  
試料皿温度 140  
平均測定時間 6.7分  
水分率

平均値 87.11%  
再現性 0.069%  
C V 値 0.08%

— 1回目 87.11%  
— 2回目 87.00%  
— 3回目 87.13%  
— 4回目 87.18%  
— 5回目 87.15%

備考:  
ガラス繊維シート使用

