

ドッグフード(ドライタイプ)

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 1g
試料皿温度 160
平均測定時間 9.2分

水分率
平均値 8.68%
再現性 0.059%
C V 値 0.68%

1回目 8.61%
2回目 8.74%
3回目 8.66%
4回目 8.72%

備考:
ハンドミキサーで粉砕後
測定
加熱時、においが強い

