


調整粉乳(育児用)



測定機種:MX-50
測定条件:標準モード
(測定精度:HI)
試料質量 2g
試料皿温度 120
平均測定時間 6.7分
水分率
 平均値 3.29%
 再現性 0.015%
 C V 値 0.46%

— 1回目 3.30%
— 2回目 3.29%
— 3回目 3.27%