

## そば粉(MX-50)

測定機種:MX-50  
測定モード:標準モード  
(測定精度:M I D)

試料質量 5g  
試料皿温度 180  
平均測定時間 10.2分  
水分率

平均値 15.13%  
再現性 0.191%  
C V 値 1.26%

— 1回目 15.43%  
— 2回目 15.11%  
— 3回目 15.15%  
— 4回目 15.07%  
— 5回目 15.19%  
— 6回目 14.84%

