


バター(固形、有塩)



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 1g
試料皿温度 140
平均測定時間 4.1分
水分率
 平均値 14.94%
 再現性 0.186%
 C V 値 1.24%

— 1回目 14.73%
— 2回目 14.78%
— 3回目 14.92%
— 4回目 15.15%
— 5回目 15.10%