


ケイ砂

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:HI)
試料質量 10g
試料皿温度 200
平均測定時間 2.3分
水分率
平均値 0.498%
再現性 0.0741%
C V 値 14.88%



1回目 0.58%
2回目 0.50%
3回目 0.40%
4回目 0.51%