


シリカゲル（タブレット）



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 3g

試料皿温度 200

平均測定時間 4.7分

水分率

平均値 8.25%

再現性 0.068%

C V 値 0.82%

1回目 8.34%
2回目 8.22%
3回目 8.25%
4回目 8.18%

備考:
23 の室温中に1日間
放置