


ハチミツ(120 加熱)

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)
試料質量 1g
試料皿温度 120
平均測定時間 20.3分
水分率
 平均値 17.76%
 再現性 0.282%
 C V 値 1.59%



備考:
ガラス繊維シートの上
にサンプルを載せて測定