

上新粉

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 5g
試料皿温度 200
平均測定時間 7.6分

水分率
平均値 12.89%
再現性 0.134%
C V 値 1.04%

— 1回目 12.97%
— 2回目 12.75%
— 3回目 12.73%
— 4回目 12.97%
— 5回目 13.01%

