


朝食シリアル(玄米)



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 2g
試料皿温度 160
平均測定時間 7.9分
水分率

平均値 4.42%
再現性 0.071%
C V 値 1.61%

1回目 4.39%
2回目 4.37%
3回目 4.48%
4回目 4.35%
5回目 4.51%

備考:
軽く叩いて粉碎後測定