

# にぼし

測定機種:MX-50  
測定モード:標準モード  
(測定精度:M I D)

試料質量 2g  
試料皿温度 160  
平均測定時間 8.3分

水分率  
平均値 17.28%  
再現性 0.235%  
C V 値 1.36%

1回目 17.53%  
2回目 17.09%  
3回目 17.43%  
4回目 17.07%

備考:  
ハンドミキサーで粉碎後測定

