

乾燥うどん

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 5g
試料皿温度 200
平均測定時間 20.0分
水分率

平均値 13.36%
再現性 0.109%
C V 値 0.82%

— 1回目 13.39%
— 2回目 13.48%
— 3回目 13.21%
— 4回目 13.30%
— 5回目 13.44%

備考:
3cm程度にして測定

