


ヨーグルト A



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 1g
試料皿温度 160
平均測定時間 11.5分
水分率

平均値 81.17%
再現性 0.383%
C V 値 0.47%

1回目 80.62%
2回目 81.49%
3回目 81.22%
4回目 81.35%

備考:
ガラス繊維シート使用