


アルファー化麦(乾燥、粉体)

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 1g
試料皿温度 160
平均測定時間 19.7分
水分率

平均値 11.80%
再現性 0.352%
C V 値 2.98%



— 1回目 12.24%
— 2回目 11.94%
— 3回目 11.29%
— 4回目 11.85%
— 5回目 11.66%