

# 豆乳

測定機種:MX-50  
測定モード:標準モード  
(測定精度:M I D)

試料質量 1g  
試料皿温度 180  
平均測定時間 5.6分

水分率  
平均値 90.11%  
再現性 0.142%  
C V 値 0.16%

— 1回目 90.10%  
— 2回目 90.28%  
— 3回目 90.13%  
— 4回目 89.89%  
— 5回目 90.16%

備考:  
ガラス繊維シート使用

