


バナナチップ(乾燥バナナ、スライス)



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)
試料質量 1g
試料皿温度 180
平均測定時間 7.0分
水分率
 平均値 4.53%
 再現性 0.060%
 C V 値 1.32%

— 1回目 4.58%
— 2回目 4.46%
— 3回目 4.58%
— 4回目 4.50%

備考:
軽く叩いて粉碎後測定