

茶葉

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 5g
試料皿温度 140
平均測定時間 11.6分
水分率

平均値 5.53%
再現性 0.023%
C V 値 0.42%

1回目 5.54%
2回目 5.50%
3回目 5.54%

備考:
ハンドミキサーで粉碎後
測定

