

酸化マグネシウム

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:HI)

試料質量 2g
試料皿温度 200
平均測定時間 5.2分
水分率

平均値 1.52%
再現性 0.164%
C V 値 10.79%

1回目 1.70%
2回目 1.68%
3回目 1.39%
4回目 1.50%
5回目 1.34%

