


スキンケアクリーム(ペースト)



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 1g
試料皿温度 160
平均測定時間 16.0分

水分率
平均値 77.06%
再現性 0.543%
C V 値 0.70%

— 1回目 77.40%
— 2回目 77.15%
— 3回目 77.43%
— 4回目 76.27%

備考:
2つ折にしたガラス繊維シート
の間に試料を置き、つぶして
から開いて測定