


パン粉



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)
試料質量 1g
試料皿温度 200
平均測定時間 6.2分
水分率
 平均値 32.36%
 再現性 0.505%
 C V 値 1.56%

— 1回目 33.01%
— 2回目 31.60%
— 3回目 32.29%
— 4回目 32.41%
— 5回目 32.48%