


即席中華めん



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)
試料質量 2g
試料皿温度 140
平均測定時間 9.6分
水分率
 平均値 1.53%
 再現性 0.091%
 C V 値 5.96%

1回目 1.46%
2回目 1.49%
3回目 1.63%

備考:
軽く叩いて粉砕後測定