

# ステアリン酸カルシウム

測定機種:MX-50  
測定モード:標準モード  
(測定精度:M I D)  
試料質量 5g  
試料皿温度 180  
平均測定時間 7.6分  
水分率  
    平均値 2.90%  
    再現性 0.030%  
    C V 値 1.03%

1回目	2.94%
2回目	2.91%
3回目	2.89%
5回目	2.87%

備考:  
加熱時、においが強い

