


汚泥（し尿、液体）

測定機種:MX-50
測定条件:標準モード
(測定精度:M I D)
試料質量 1g
試料皿温度 140
平均測定時間 5.7分
水分率
 平均値 99.14%
 再現性 0.233%
 C V値 0.24%



備考:
加熱時匂いが強い
ガラス繊維シート使用