


コピー用紙

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 1g
試料皿温度 200
平均測定時間 2.8分
水分率

平均値 4.69%
再現性 0.174%
C V 値 3.71%



備考:
細かく切って測定