

キャラメル

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)
試料質量 2g
試料皿温度 140
平均測定時間 16.4分
水分率
 平均値 5.94%
 再現性 0.071%
 C V 値 1.20%

— 1回目 5.94%
— 2回目 5.88%
— 3回目 6.04%
— 4回目 5.90%

備考:
厚さ1mmに延ばして、ガラス
繊維シートの上に載せて測定

