


ジャム



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)
試料質量 1g
試料皿温度 160
平均測定時間 17.0分
水分率
 平均値 33.96%
 再現性 0.109%
 C V 値 0.32%

— 1回目 34.07%
— 2回目 34.04%
— 3回目 33.85%
— 4回目 33.89%