

タルク

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:HI)
試料質量 5g
試料皿温度 200
平均測定時間 2.5分
水分率
 平均値 0.144%
 再現性 0.0114%
 C V 値 7.92%

