


# 乾燥わかめ



測定機種:MX-50  
測定モード:標準モード  
(測定精度:M I D )  
試料質量 1g  
試料皿温度 200  
平均測定時間 9.2分  
水分率  
    平均値 11.49%  
    再現性 0.367%  
    C V 値 3.19%

- 1回目 11.60%
- 2回目 11.91%
- 3回目 11.03%
- 4回目 11.42%

備考:  
ハンドミキサーで粉碎後  
測定