


## ミルク(植物性油脂)



測定機種:MX-50  
測定モード:標準モード  
(測定精度:M I D)

試料質量 1g  
試料皿温度 200  
平均測定時間 4.5分

水分率  
平均値 61.83%  
再現性 0.491%  
C V 値 0.79%

1回目 62.00%  
2回目 62.09%  
3回目 61.11%  
4回目 61.59%  
5回目 62.37%

備考:  
ガラス繊維シートを使用