


ハチミツ(160 加熱)



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)
試料質量 1g
試料皿温度 160
平均測定時間 20.4分
水分率
 平均値 22.92%
 再現性 1.599%
 C V 値 6.98%

— 1回目 20.69%
— 2回目 24.08%
— 3回目 24.08%
— 4回目 22.82%

備考:
ガラス繊維シートの上に
サンプルを載せて測定