

口紅

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 1g
試料皿温度 100
平均測定時間 1.9分
水分率

平均値 0.778%
再現性 0.1938%
C V 値 24.91%

1回目 0.95%
2回目 0.91%
3回目 0.69%
4回目 0.48%
5回目 0.86%

備考:
試料皿に直接広げて測定

