

歯磨き粉(ペースト)

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 1g
試料皿温度 180
平均測定時間 6.4分
水分率

平均値 36.43%
再現性 0.472%
C V 値 1.30%

— 1回目 36.39%
— 2回目 36.50%
— 3回目 36.67%
— 4回目 35.67%
— 5回目 36.93%

備考:
試料を均一に広げて
測定

