


無水ぶどう糖



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)
試料質量 5g
試料皿温度 140
平均測定時間 1.7分
水分率
 平均値 0.696%
 再現性 0.0054%
 C V 値 0.78%

- 1回目 0.70%
- 2回目 0.70%
- 3回目 0.70%
- 4回目 0.69%
- 5回目 0.69%