

クエン酸

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 5g
試料皿温度 100
平均測定時間 7.2分
水分率

平均値 4.54%
再現性 0.210%
C V 値 4.63%

1回目 4.59%
2回目 4.24%
3回目 4.81%
4回目 4.59%
5回目 4.45%

