

## 加糖れん乳

測定機種:MX-50  
測定モード:標準モード  
(測定精度:M I D)

試料質量 1g  
試料皿温度 140  
平均測定時間 11.9分  
水分率

平均値 25.59%  
再現性 0.400%  
C V 値 1.56%

— 1回目 25.37%  
— 2回目 25.49%  
— 3回目 25.21%  
— 4回目 26.25%  
— 5回目 25.63%

備考:  
ガラス繊維シートの上に  
サンプルを載せて測定

