


CPU(100pin,7°プラスチックQFP, 14×20mm)



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:HI)

試料質量 10g
試料皿温度 120
平均測定時間 1.7分
水分率

平均値 0.064%
再現性 0.0055%
CV値 8.59%

— 1回目 0.07%
— 2回目 0.06%
— 3回目 0.07%
— 4回目 0.06%
— 5回目 0.06%

備考:
湿度80%RH、温度30
の恒温槽に2日間放置