


ファンデーション(液体)



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 1g
試料皿温度 140
平均測定時間 12.6分

水分率
平均値 75.93%
再現性 0.126%
C V 値 0.17%

— 1回目 75.82%
— 2回目 76.11%
— 3回目 75.91%
— 4回目 75.88%

備考:
ガラス繊維シート使用