


即席みそ汁(ペースト)



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 1g
試料皿温度 160
平均測定時間 12.9分
水分率

平均値 63.43%
再現性 0.728%
C V 値 1.15%

— 1回目 63.16%
— 2回目 64.51%
— 3回目 62.94%
— 4回目 63.10%

備考:
ガラス繊維シートでサンプル
を挟んで測定