


炭(粉体)

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 1g
試料皿温度 200
平均測定時間 2.5分

水分率
平均値 11.24%
再現性 0.591%
C V 値 5.26%



— 1回目 11.38%
— 2回目 12.21%
— 3回目 10.96%
— 4回目 10.73%
— 5回目 10.93%